

第2回瀬戸内ペースメーカーデバイス研究会

当番世話人：岡山赤十字病院 臨床工学技術課 伊藤新一

日時 2014年1月11日(土)

9:00 受付開始 9:25 開会

会場 岡山国際交流センター 8F イベントホール
(下記交通アクセスを参照して下さい。)

会費 コメディカル:終日参加 1,500 円(弁当代込) 午前のみ/午後のみ参加 500 円(弁当なし)
医師・業者:2,500 円(弁当代込)/1,500 円(弁当なし) 学生:無料
(お車で越しの方は別途駐車場代が必要になります。)

主な講演 Dr.特別講演『CRT を臨床に活かす』
岡山大学病院 循環器内科 伊藤浩教授
特別講演『ペースメーカー診断情報の精度を上げるために』
滋賀県立成人病センター 臨床工学部 高垣勝
その他、基礎講演、一般演題などを予定しています。

参加申込 参加希望の方は、事前に終日もしくは半日だけの参加かを世話人に申し出るか、
参加希望専用メールアドレス sanka@setouchidevice.com に返信用メールアドレスを添えて
申し込み下さい。
当日受付もありますが、弁当が用意できない場合もあります。あらかじめご了承ください。
詳細・最新情報に関しましては、当研究会 HP を参照してください。
研究会 HP:<http://www.setouchidevice.com/>

交通アクセス



JR 岡山駅から徒歩 5 分のところにあります。
新幹線・在来線ご利用の方は、2 階中央改札口から全日空ホテル方面経由が便利です。
国際交流センターに一般駐車場はありません。センター東隣の岡山駅西口パーキング、
または最寄りの駐車場をご利用ください。

問い合わせ先 瀬戸内ペースメーカー・アブレーション研究会 事務局
岡山ハートクリニック 河藤壮平 E-MAIL: setouchidevice@yahoo.co.jp
主催:瀬戸内ペースメーカー・アブレーション研究会 (<http://www.setouchidevice.com/>)

後援:岡山県臨床工学技士会、日本臨床工学技士会、不整脈治療専門臨床工学技士認定 3 単位取得
岡山県臨床検査技師会、日臨技生涯教育点数 専門 10 点/自己申告

第2回瀬戸内ペースメーカーデバイス研究会 プログラム

プログラム

9:00 受付開始

9:25 開会挨拶 世話人代表 倉敷中央病院 臨床検査科 高橋勝行

第1部 基礎講演 ペースメーカーを基礎から学ぶ 座長： 広島大学病院 臨床工学部門 高橋秀暢
福山市民病院 臨床工学科 吉岡和昭

9:30~10:10 『ペースメーカーの植込み術の立ち合いで知っておきたい知識』

演者： 倉敷中央病院 臨床検査科 高橋勝行

10:10~10:50 モニタリングの基本（仮）～異常を見逃さない病棟での心電図モニタリングの工夫～

演者： 岡山赤十字病院 臨床工学技術課 伊藤新一

第2部 デバイスレクチャー

座長： 岡山ハートクリニック 河藤壮平

『MRI 対応ペースメーカーについて』

大田記念病院 臨床工学課 舛本忠幸

10:55~11:05 『MRI 対応ペースメーカー基礎』

演者： 岡山ハートクリニック 臨床工学科 河藤壮平

各社プレゼンテーション

11:05~11:20 日本メドトロニック

11:20~11:35 セントジュードメディカル

11:35~11:50 BIOTRONIC

第3部 Dr 特別講演（ランチョンセミナー）

座長： 岡山赤十字病院 臨床工学技術課 伊藤新一

12:00~13:00 『CRT を臨床に生かす』

演者： 岡山大学病院 循環器内科 伊藤浩教授

第4部 症例検討（一般演題：一演題 15分（発表 8分 質疑応答 7分））

症例検討 1

座長： 心臓病センター榊原病院 臨床工学科 小森田翔

福山循環器病院 臨床工学課 桑木泰彦

13:15~13:30 「条件付きMRI対応ペースメーカーのMRI撮影手順について」

演者： 大田記念病院 臨床工学課 坂中良江

13:30~13:45 「条件付きMRI対応ペースメーカーにおける当院の対応」

演者： 松江赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 福田勇司

13:45~14:00 「当院におけるペースメーカー業務と今後の課題」

演者： 川崎大学附属病院 ME センター 水津英仁

14:00~14:15 「当院における遠隔モニタリングの運用」

演者： 津山中央病院 心臓血管センターME室 万殿敏文

(14:15~14:30 コーヒーブレイク)

症例検討 2（一般演題：一演題 15分（発表 8分 質疑応答 7分））

座長： 岡山大学病院 臨床工学科 竹中祐樹

岡山医療センター 臨床工学科 藤本典一

14:30~14:45 「RVcoil抵抗値変化から心不全が疑われた2症例」

演者： 姫路循環器病センター ME 管理室 近藤力也

14:45~15:00 「Wavelet template波形の更新を行わない場合のマッチ率の検討」

演者： 広島大学病院 診療支援部 臨床工学部門 松崎尚康

15:00~15:15 「ペースメーカーリード被膜損傷の早期発見に努める」

演者： 榊原病院 臨床工学科 二寶誠也

第5部 特別講演

座長： 倉敷中央病院 臨床検査科 高橋勝行

15:15~16:05 『ペースメーカー診断情報の精度を上げるために』

演者： 滋賀県立成人病センター 臨床工学部 高垣勝

16:15 閉会挨拶 当番世話人 岡山赤十字病院 臨床工学技術課 伊藤新一